

O Z N Á M E N Í č. 03/04

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. h) zákona č.505/1990 Sb., o metrologii ve znění platných předpisů oznamuje, že etalon

drsnosti povrchu,

jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, byl schválen jako státní etalon České republiky.

Etalon je tvořen komerčně dostupným přístrojem Hommel Tester T 8000 s příslušenstvím, který je kalibrován pomocí etalonů drsnosti navázaných v PTB Braunschweig. Rozšířená nejistota kalibrace je 2 %.

Další technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 27 ze dne 10. prosince 2003, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Etalonu je přiděleno kódové označení ECM 110-8/03-027.
Garantem etalonu byl jmenován Ing. Jiří Borovský.

Předseda ÚNMZ:
Ing. Šafařík-Pštrosz v. r.

