

## O Z N Á M E N Í č. 35 /15

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpřesněn státní etalon

### rovinného úhlu

Udržováním je nadále pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Liberec.

Základní metrologické charakteristiky:

Autokolimátor ELCOMAT 2000

Měřicí rozsah: -1040'' až +1040''

Rozlišitelnost: 0,001''

Nejistota (k=2): 0,015''

Autokolimátor ELCOMAT 3000

Měřicí rozsah: -1100'' až +1100''

Rozlišitelnost: 0,001''

Nejistota (k=2): 0,010''

Další technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 30 ze dne 15. února 2006 a v Dodatku č. 2 ke schvalovacímu protokolu, uložených v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Etalonu zůstává přiděleno kódové označení ECM 114-1/06-030.

Garantem etalonu zůstává Ing. František Dvořáček.

Tímto se ve Věstníku ÚNMZ doplňuje oznámení č. 03/08.

Mgr. Viktor Pokorný  
předseda ÚNMZ